



INDICATEUR ET TESTEUR KYZ

CAT. 1031-C3 & 1031-C6

THE EASTERN SPECIALTY COMPANY

UTILISATION

*Plus qu'un simple indicateur, le **KYZ Indicateur et testeur Cat. 1031-C3 (3 fils) et 1031-C6 (6 fils)** peuvent également être utilisés pour effectuer des tests de précision des impulsions KYZ sur tous les équipements de test TESCO de nouvelle génération.*

FONCTIONNALITÉ

L'indicateur et les testeurs KYZ de TESCO peuvent être utilisés comme entrée d'impulsion en utilisant la même connexion de capteur sur le panneau avant de tous les tests TESCO de nouvelle génération Équipement.

Vous pouvez vérifier les impulsions KYZ sur l'équipement de test TESCO suivant:

- Cartes d'ingénierie des compteurs (MEB)
- Cartes de test de compteurs (MTB ou MTB-3050)
- Station d'essai de compteur de bureau (2990)

Le chat. 1031-C3 et 1031-C6 peuvent être utilisés comme indicateur sur l'une des nouvelle generation de TESCO Équipement comprenant les MEB, les MTB, les MTB-3050, 2990, le Meter Qualification Board (MQB) et le Desktop Meter Qualification Board (2199).

TRAITS

- Livré dans une configuration à 3 ou 6 fils
- Peut décider de ne voir que Y ou Z légumineuses, ou les deux
- Pincres crocodiles à code couleur
- Indicateurs LED rouge et vert



Cat. 1031-C3